

Etablissement :

Unité de travail :

Année : 2013

| Dangers ou facteurs de risques identifiés | Mesures de prévention (techniques, organisationnelles et humaines)   | Délais prévisionnels d'exécution | Estimation du coût | Personnes chargée de la réalisation       |
|---|--|----------------------------------|--------------------|---|
| Risque asphyxie                           | Remplacement des oxymètres   | 2 ans                            | 520,00 €           | Assistant de prévention de l'unité Inserm |
| Corrosion oculaire                        | Remplacement des visières  | 1 an                             | 100 €              | Assistant de prévention de l'unité Inserm |
| Centrifugeuses                            | Vérification annuelle  | 1 an                             | 2 000,00 €         | Service agréé                             |
| Risque biologique                         | Remplacement du filtre de la hotte à flux laminaire  | 6 mois                           | 300 €              | SAV constructeur                          |
| Risque biologique                         | Vérification du poste de sécurité microbiologique  | 1 an                             | 650,00 €           | Service agréé                             |
| Risque CMR                                | Mise à jour de l'inventaire et élimination, selon procédure adaptée, des produits CMR non utilisés dans des protocoles de routine ou de recherche. | 2 ans                            |                    | Assistant de prévention de l'unité Inserm |
| Risque chimique                           | Mise à jour de l'inventaire des produits et mise à jour de l'inventaire des fiches de sécurité produits  | 2 ans                            |                    | Assistant de prévention de l'unité Inserm |
| Risque chimique                           | Renouvellement des masques à charbon actif   | 1 an                             | 125,00 €           | Assistant de prévention de l'unité Inserm |
|   |  |                                  |                    |   |